



NÁVOD K POUŽITÍ

GUTTA PERCHA POINTS

I. Popis:

Pearl Endopia Gutta Percha Points se používá k vyplnění kořenového kanálku zubu po čištění a tvarování.

II. Kontraindikace:

U pacientů citlivých na latex existuje možnost, že budou mít alergickou reakci na Gutta Percha.

III. Precaution:

- Pouze pro dentální použití
- Skladujte na suchém chladném místě
- Nepoužívejte autokláv ani tepelnou sterilizaci

Pečlivě dodržujte doporučené podmínky skladování. Pokud tak neučiníte, Gutta Percha předčasně ztvrdne, což bude mít za následek zpoždění procedury nebo bude vyžadovat opětovné ošetření k odstranění Gutta Percha.

Udržujte Gutta Percha v suchu, aby se zabránilo růstu bakterií a Gutta Percha je nepoužitelný.

Gutta Percha nelze čistit ani osobně sterilizovat. Může to způsobit, že se zařízení stane nepoužitelným..

IV. Varování:






- Nevyvíjejte nadměrnou sílu během laterální kondenzace, abyste zabránili vertikálnímu zlomení kořene.
- Zajistěte správnou přípravu místa pro odstranění infikované tkáně/kosti/dentinu, abyste zabránili infekci zaměřené na biomateriál.
- Dodržujte správné aseptické techniky, abyste zabránili kontaminaci.
- Dodržujte správné obturační techniky, abyste se vyhnuli procedurálním nehodám, které by mohly vést k perzistující infekci apikální periodontitidy.
- Nepoužívejte ohnuté nebo zdeformované Gutta Percha, protože by to mohlo způsobit procedurální zpoždění během umístění.
- Pokud se Gutta Percha u otvoru nespálí, použijte alternativní techniku k seříznutí Gutta Percha u otvoru, abyste zabránili procesním prodlevám.
- Pokud používáte napájený zdroj tepla, ujistěte se, že je správně nastavena regulace teploty, aby se Gutta Percha roztavil. Nesprávné nastavení teploty může způsobit zpoždění procedury nebo vyžadovat opětovné ošetření.
- Vždy zkontrolujte datum expirace produktu, abyste předešli procesním zpožděním nebo nepříjemnostem pro uživatele (např. Gutta Percha zkřehne).
- Pečlivě si přečtete štítek na obalu, abyste zajistili použití příslušného Gutta Percha. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zpoždění v řízení



V. Indikace pro použití:

1. Vyberte bod Gutta Percha, který nejlépe odpovídá poslednímu nástroji použitému k tvarování kanálku.
2. Pomalu vložte bod Gutta Percha na konečnou pracovní délku.
3. Vždy se snažte vložit kuželky příslušenství do kanálku vedle hlavního Gutta Percha bodu.
4. Seřízněte Gutta Percha na otvoru a vertikálně zhutněte podle potřeby.
5. Uzavřete kanál výplňovým materiálem a dokončete náhradu.

VI. Symbol:

| | |
|---|---|
|  | Výroba / Legální výroba |
|  | Kód šarže |
|  | Datum spotřeby |
|  | Zástupce EC |
|  | CE marking Conformité Européene Notified Body Reference no. 1639 |

| Draft | Review | Approval |
|-------|--------|----------|
| | | |